

Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach
Siemionki 13
88-324 Jeziora Wielkie

Siemionki, 22.12.2023r.

Dotyczy postępowania nr: OZ.262.V.2023

**-Wykonawcy, którzy
złożyli oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego
-Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

**Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [art. 253 ust. 1 p.z.p.]
oraz o Wykonawcach , których oferty zostały odrzucone [art. 253 ust. 2 p.z.p.]**

Dotyczy postępowania nr OZ.262.V.2023 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. zwana dalej w tekście Pzp) na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego oraz pozostałego dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

I. DLA CZĘŚCI NR 3 w/w postępowania

Lp.	Nazwa urzędnika
1.	Robot do terapii polisensorycznej

Zamawiający DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH na podstawie art. 253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy :

FARMLINE Sp. Z O.O. , ul. Paderewskiego 3, 87-162 Lubicz Górny

Oferta W/w Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert oraz jest zgodna ze specyfikacją warunków zamówienia. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

W postępowaniu w/w złożono wymienione poniżej oferty oraz przyznano ofertom punktację:

Lp.	Nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy	Liczba przyznan ych punktów wg kryterium cena [C]	Liczba przyznan ych punktów wg kryterium : Aspekty społeczne – zatrudnianie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji zamówienia [As]	Łączna liczba punktów
1	PH ENERGIA S.C. P. WIELGO H.WIDOMSKI ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce	---	---	---

Realizacja Projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

2	FARMLINE Sp. Z O.O. ul. Paderewskiego 3, 87-162 Lubicz Górny	95,00	0	95,00
---	--	-------	---	-------

II. DLA CZĘŚCI NR 3 w/w postępowania

Lp.	Nazwa urządzenia
1.	Robot do terapii polisensorycznej

Zamawiający DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH na podstawie art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy i punktacji ofert (informacja powyżej) oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone :

W prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę:

PH ENERGIA S.C.
P. WIELGO H.WIDOMSKI
ul. Warszawska 151,
25-547 Kielce

Uzasadnienie faktyczne i prawne czynności odrzucenia oferty:

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

W ustalonym przez Zamawiającego terminie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie **części nr 3** została złożona oferta przez Wykonawcę **PH ENERGIA S.C. P. WIELGO H.WIDOMSKI**.

Na etapie badania oferty Zamawiający stwierdził, iż nie odpowiada ona wymogom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt 4 ppkt.3 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W w/w załączniku dla Części 3 w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał na m.in. następujące wymagania dla zamawianego Robota do terapii polisensorycznej :

1. Urządzenie ma możliwość prowadzić non stop terapię polisensoryczną poprzez dostarczanie poczucia bliskości, dotyku, budowania emocji.
2. Robot ma mieć postać zwierzęcia o miłej w dotyku powłoce i miękkim hipoalergicznym futrze w jasnym kolorze.

Realizacja Projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

3. Robot ma mieć możliwość uczyć się rozpoznawać użytkownika (opiekuna), wchodzić z nim w interakcję, podążać za jego reakcjami, wykrywać temperaturę otoczenia i reagować odpowiednio do niej, wykrywać różnicę dotyku i uderzenia, interpretować ton głosu i jego kierunek poprzez co zwracać głowę w kierunku opiekuna, powtarzać niektóre dźwięki niezależnie od języka, którym posługuje się opiekun (np. język polski).
7. Waga maksymalnie 2kg.

Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt:

**System rehabilitacji funkcjonalnej Neuroforma, Neuroforma, 01-NRF-0101-002
(pozycja nr 1 tabeli z formularza ofertowego dla tej części)**

nie jest sprzętem spełniającym wymagania Zamawiającego wskazane powyżej w tabeli. Nie jest to m.in. sprzęt o wadze maksymalnie 2 kg, posiadający cechę robota o postaci zwierzęcia o miłej w dotyku powłoce i miękkim hipoalergicznym futrze w jasnym kolorze; posiadającym możliwość uczyć się rozpoznawać użytkownika (opiekuna), wchodzić z nim w interakcję, podążać za jego reakcjami, wykrywać temperaturę otoczenia i reagować odpowiednio do niej, wykrywać różnicę dotyku i uderzenia, interpretować ton głosu i jego kierunek poprzez co zwracać głowę w kierunku opiekuna, powtarzać niektóre dźwięki niezależnie od języka, którym posługuje się opiekun (np. język polski).

Treść oferty w w/w zakresie jest niezgodna z warunkami zamówienia w sposób zasadniczy i nieusuwalny. Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ma istotny charakter i nie pozostawia wątpliwości.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Siemionkach
mgr Adam Tomaszewski

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEMIONKACH**
Siemionki 13, 88-324 Jeziora Wielkie
tel. (052) 3187623/ fax: 52 522 83 21
e-mail: dom@dpskiemionki.pl

Realizacja Projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

