

Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach  
Siemionki 13  
88-324 Jeziora Wielkie

Siemionki, 22.12.2023r.

Dotyczy postępowania nr: OZ.262.V.2023

**Wykonawcy, którzy  
złożyli oferty w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

### **INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2**

*Dotyczy postępowania nr OZ.262.V.2023 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego oraz pozostałego dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach*

Zamawiający DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIONKACH na podstawie art. 260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. Zwana dalej Pzp) zawiadamia, że działając na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego oraz pozostałego dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach” w zakresie **Części NR 2** w/w postępowania

Lp.	Nazwa urzędnika
1.	Bieżnia elektryczna
2.	Orbitrek
3.	Pionowy rower stacjonarny
4.	Poziomy rower stacjonarny
5.	Rotor rehabilitacyjny elektryczny do ćwiczeń biernych i czynnych
6.	Rotor zespolony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych
7.	Tablica do ćwiczeń manualnych
8.	System rehabilitacji funkcjonalnej
9.	Wózek specjalistyczny inwalidzki
10.	Łóżka rehabilitacyjne elektryczne z materacem wspierającym układ krążenia

Uzasadnienie faktyczne i prawne czynności unieważniania postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 2 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie **Części NR2** zostały złożone dwie oferty:

RONOMED Sp. z o.o. Sp. k. , Ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław
ENCORETECH PL Sp. o.o. , Ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce

*Realizacja Projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”*

Wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu przez co ziściła się przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp.

1. W prowadzonym postępowaniu w zakresie części NR 2 odrzucono ofertę:

RONOMED Sp. z o.o. Sp. k. , Ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław

Uzasadnienie faktyczne i prawne czynności odrzucenia w/w oferty:

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Na etapie badania oferty Zamawiający stwierdził, iż treść oferty nie odpowiada wymogom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt 4 ppkt.3 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W w/w załączniku dla Części NR 2 oraz w odpowiedzi na pytania Wykonawców w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt nie spełnia wymogom :

Lp.	Nazwa urządzenia	Niespełnione warunki
1.	Vermeiren INOVYS 2 EVO Wózek specjalistyczny inwalidzki	Zaoferowany sprzęt nie spełnia warunku opisanego w SWZ w postaci : -Aluminiowa konstrukcja -Waga całkowita: max. 40 kg  ----- Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt nie spełnia wymagań SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zaoferowany wózek specjalistyczny inwalidzki jest konstrukcji stalowej o wadze powyżej 40 kg (dane techniczne ze specyfikacji w/w sprzętu).

Treść oferty w w/w zakresie jest niezgodna z warunkami zamówienia w sposób zasadniczy i nieusuwalny. Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ma istotny charakter i nie pozostawia wątpliwości.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

*Realizacja Projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”*

2. W prowadzonym postępowaniu w zakresie części NR 2 odrzucono ofertę:

ENCORETECH PL Sp. o.o. , Ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce

Uzasadnienie faktyczne i prawne czynności odrzucenia w/w oferty:

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Na etapie badania oferty Zamawiający stwierdził, iż treść oferty nie odpowiada wymogom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z pkt 4 ppkt.3 SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W w/w załączniku dla Części NR 2 oraz w odpowiedzi na pytania Wykonawców w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt nie spełnia wymogom :

Lp.	Nazwa urządzenia	Niespełnione warunki
1.	Bieżnia elektryczna - Kettler Alpha Run 400	-możliwość regulacji nachylenia w zakresie od 0% (płasko) do 15% lub więcej. -do użytku komercyjnego.  Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt nie spełnia wymagań SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zaoferowana bieżnia elektryczna ma możliwość ustawienia kąta nachylenia do 12 stopni oraz jest przeznaczona na użytek domowy (dane techniczne ze specyfikacji w/w sprzętu).
2.	Orbitrek NORDICTRACK COMMERCIAL NTEL79820	-do użytku komercyjnego.  Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt nie spełnia wymagań SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zaoferowany orbitrek jest przeznaczony na użytek domowy (dane techniczne ze specyfikacji w/w sprzętu).
3.	HMS R6019-I	-do użytku komercyjnego. -Głośniki umożliwiające słuchanie muzyki podczas treningu.  Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt nie spełnia wymagań SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zaoferowany poziomy rower stacjonarny HMSR6019-I jest przeznaczony na użytek domowy oraz bez głośników (dane techniczne ze specyfikacji w/w sprzętu).

Treść oferty w w/w zakresie jest niezgodna z warunkami zamówienia w sposób zasadniczy i nieusuwalny. Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ma istotny charakter i nie pozostawia wątpliwości.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Siemionkach

*mgr Adam Tomaszewski*

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
W SIEMIONKACH  
Siemionki 13, 88-324 Jeziora Wielkie  
tel. (052) 3187623; fax: 52 522 83 21  
e-mail: dom@dpssiemionki.pl